

ENMIENDA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

LPN N° 001-2019-FONDECYT/UNPRG

**CROMATÓGRAFO LÍQUIDO DE ULTRA PERFORMANCE (UHPLC) ACOPLADO DE ESPECTRÓMETRO DE MASAS**

ENMIENDA N° 01

Dice:

**Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.**

**Especificaciones técnicas**

**2.4 Detector arreglo de diodos. Pág. 57**

2.4	<b>Detector arreglo de diodos</b>
	Rango de longitud de onda : 190 a 600 nm o rango que lo contenga
	Ancho de rendija (slit) : variable, de acuerdo al diseño de cada fabricante
	Número de diodos : 1024
	Nivel de Ruido : $<1.0 \times 10^{-5}$ AU, a las condiciones del fabricante
	Deriva : $0.5 \times 10^{-3}$ AU, a las condiciones del fabricante
	Velocidad de muestreo : 200 Hz o mejor

Debe decir:

2.4	<b>Detector arreglo de diodos</b>
	Rango de longitud de onda : 190 a 600 nm o rango que lo contenga
	Ancho de rendija (slit) : variable, de acuerdo al diseño de cada fabricante
	Número de diodos : 1024
	Nivel de Ruido : $<1.0 \times 10^{-5}$ AU, a las condiciones del fabricante
	Deriva : $0.5 \times 10^{-3}$ AU, a las condiciones del fabricante
	Velocidad de muestreo : 100 Hz o mejor

ENMIENDA N° 02

Dice:

**Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.**

**Especificaciones técnicas**

**2.6 Software de Control. Pág. 58**

2.6	<b>Software de control</b>
	<b>Incluye funciones:</b>
	✓ De registro de medición para el LC, medición para la MS y las condiciones para el procesamiento de datos en el Método,
	✓ De control de sistemas HPLC y UHPLC, la unidad MS y la interface
	✓ Colección de datos simultánea con máximo 64 métodos o mejor, como Scan, SIM, Perfil, ión positivo, ión negativo, conmutación CID.
	Debe contener contenidos de las bibliotecas de índice de Retención y espectros de masas NIST.

Debe decir:

2.6	<b>Software de control</b> <b>Incluye funciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ De registro de medición para el LC, medición para la MS y las condiciones para el procesamiento de datos en el Método,</li> <li>✓ De control de sistemas HPLC y UHPLC, la unidad MS y la interface</li> <li>✓ Colección de datos simultánea con máximo 64 métodos o mejor, como Scan, SIM, Perfil, ión positivo, ión negativo, conmutación CID.</li> </ul> Opcional: Debe contener contenidos de las bibliotecas de índice de Retención y espectros de masas NIST.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENMIENDA N° 03

Dice:

**Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato. Pág. 81**

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será de <b>24 meses</b>
----------	--------------------------------------------------------------

Debe decir:

CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será de <b>12 meses</b>
----------	--------------------------------------------------------------